

RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 69/2023

Em cumprimento a Lei Municipal N° 1103/2019, segue resumo executivo:

Modalidade e número do processo	PREGÃO ELETRÔNICO 69/2023
Forma de julgamento	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM , observadas as especificações técnicas constantes do Anexo I , e demais condições definidas neste Edital.
Data de abertura	19/10/2023
Número do processo administrativo	106/2023
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Cadeiras Odontológicas, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital.
Prazo de vigência do contrato.	O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses.
Link portal da transparência:	https://www.campomagro.pr.gov.br/portal-da-transparencia/resumo-executivo

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de Cadeiras Odontológicas, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital.

02. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
Departamento de Licitações

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
01	<p><u>CADEIRA ODONTOLÓGICA:</u></p> <p>Cadeira com estrutura de aço, estofamento de espuma injeta, revestimento de PVC laminado sem costuras, braços de apoio sendo o esquerdo fixo e o direito articulado; Estofamento com apoio lombar. Revestimento da Base com proteção contra corrosão. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em ferro fundido e chapa de aço dobrado, capacidade de elevação igual ou superior a 200kg. Tensão de alimentação 127/220V 50/60Hz.</p> <p>Equipo: acoplado com braço articulado, movimento horizontal e vertical pneumático. Mesa com estrutura de aço revestido em ABS de alta resistência e proteção UV, 01 bandeja em inox. Suporte, com seringa tríplice, duas mangueiras com encaixe borden (para alta, baixa rotação com refrigeração) e reservatórios (pet) translúcidos de no mínimo 800 ml para água, localizado abaixo da unidade auxiliar não atrapalhando usuário (paciente) para as peças de mão e seringa tríplice. Unidade de Água auxiliar com estrutura de aço com cobertura em ABS de alta resistência: acoplada a cadeira cuba profunda, em cerâmica ou porcelana, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos, filtro de detritos, localizado na base do consultório, sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água, com 01 suctor de saliva a ar e 01 suctor para bomba à vácuo unidade de água rebatível, em 90°. Pedal de comando com estrutura em aço, com revestimento em ABS com proteção de alta resistência. Obs. Pés de comando com Estrutura em aço com cobertura em ABS de alta resistência.</p>	Unidade	03	R\$ 26.561,92	R\$ 79.685,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
Departamento de Licitações

<p>Botão de acionamento na parte superior do pedal.</p> <p>Refletor: luz em LED, espelho multifacetado com tratamento multicoating, dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente, puxadores bilaterais em forma de alça, cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°, intensidade: 8.000 a 25.00 lux.</p> <p>Mochos odontológicos com sistema de elevação do assento impulsionado a gás, acionado por alavanca lateral, encosto anatômico, base resistente em poliuretano (PU), com 05 rodízios, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, sem costura, elevação mínima resistência 135 kg</p>				
---	--	--	--	--

*** As empresas deverão apresentar catálogo do produto juntamente com a proposta inicial ***

- 2.1 O valor máximo estimado da licitação é de **R\$ 79.685,76 (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).**
- 2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa demonstrativo de preços constante do processo, elaborado com base nos preços praticados em pesquisas de mercado e orçamentos recebidos de empresas especializadas.

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.