

### RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2021.

Em cumprimento a Lei Municipal N° 1103/2019, segue resumo executivo:

Número do processo	<b>PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2021</b>
Data de abertura	07/04/2021
Número do processo administrativo	26/2021.
Objeto:	A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para locação de Concentradores de Oxigênio Medicinal, de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o Termo de Referência.
Quantidades e Preços de referência.	Anexo I.
Prazo de vigência	12 meses.
Link	<a href="http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/">http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/</a> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>

**ANEXO – I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

**2. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS**

Item	Descrição/Especificação Técnica	Unid	Valor Máximo Unitário	Qtde máxima mensal	Valor Máximo Mensal	Valor Máximo Total (12 meses)
01	<b>Locação de Concentradores</b> com fluxo mínimo de gás: vazão de 0,5 a 5 litros por minuto, concentração mínima de oxigênio de 87%, nível máximo de ruído acústico produzido pelo compressor: 60 dBA, deverá possuir rodízios, permitindo fácil movimentação, dotado de filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarmes para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falta de energia elétrica, baixa pureza do oxigênio, incluso Frasco umidificador, Cateter nasal, Máscara simples, Máscara para Traqueostomia e conexão de látex. SENDO PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 40 CONCENTRADORES/MÊS.	Unid.	R\$ 518,33	40	R\$ 20.733,20	R\$ 248.798,40
<b>VALOR MÁXIMO TOTAL (12 Meses)</b>					<b>R\$ 248.798,40</b>	

- 2.1 O valor máximo estimado da licitação **R\$ 248.798,40 (Duzentos e quarenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

**OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.**